



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## **Odpowiedzi na pytania z dnia 2012-01-18 dotyczące przetargu na wyposażenie pracowni chemicznej – sprzętu podstawowego**

1. Czy dygestorium powinno posiadać wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą atest na zgodność z normą PN-EN 14 175-2 Wyciągi laboratoryjne- cz.2 - Wymagania bezpieczeństwa i sprawność działania?

**Odp.: Zgodnie z rozdziałem II ust. 3 ogłoszenia o przetargu, nawet jeśli nie dookreślono tego w specyfikacji zamówienia określonej w ust. 2, zamawiane wyposażenie powinno „spełniać krajowe i europejskie normy, posiadać atest (dopuszczenie do obrotu) certyfikowanego laboratorium/ właściwej instytucji.”**

2. Czy komora dygestorium ma być wyłożona płytą ceramiczną wielkogabarytową ?

**Odp.: Dopuszcza się**

3. Czy wysokość dygestorium może wynosić 2300mm ( wys. 2m nie zapewni odpowiedniej wysokości komory roboczej) ?

**Odp.: Dopuszcza się**

4. Czy szafa na chemikalia ma posiadać własny, chemoodporny wentylator ?

**Odp.: Zgodnie z zapisem w specyfikacji – szafa wentylowana zgodna z normą**

5. Czy stół dla prowadzącego, analogicznie jak stoły laboratoryjne nie posiada żadnej szafki?

**Odp.: Szafka nie jest wymagana, dopuszcza się stół z szafką**