



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedzi na pytania z dnia 22.11.2011 dotyczące przetargu na wyposażenie pracowni chemicznej

Dot. części 12- Destylator

1.-czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu 400V?

Odp.: Nie dopuszcza się

2.Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wydajności 8 l/h?

Odp.: Dopuszcza się

3. Czy Zamawiający wymaga aby zbiornik był zintegrowany z destylatorem?

Odp.: Dopuszcza się

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym części stykające się z wodą i parą są wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte powłoką cynową?

Odp.: Dopuszcza się

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o przewodności 10-12 uS/cm?

Odp.: Nie dopuszcza się