



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## **Odpowiedzi na pytania z dnia 23.11.2011 dotyczące przetargu na wyposażenie pracowni chemicznej**

### **Dotyczy poz. 12 destylator**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o przewodności wody  $<4,7 \mu\text{S}/\text{cm}$  w temperaturze  $25^\circ\text{C}$ ? Producent nie potrafi jednoznacznie określić ile będzie wynosić ona w  $20^\circ\text{C}$ . Jednak przy założeniu, że wzrost temperatury o  $1^\circ\text{C}$  powoduje wzrost przewodności o ok. 4% to Państwa parametr wymagany wynosiłby ok.  $4,8 \mu\text{S}/\text{cm}$  w  $25^\circ\text{C}$ , w związku z czym proponowany destylator spełniałby ten warunek.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza wyposażenie o porównywalnych parametrach pod warunkiem że Oferent jest w stanie zagwarantować (np. poświadczyć odpowiednim dokumentem) porównywalność parametrów