



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedzi na pytania z dnia 18.11.2011 dotyczące przetargu na wyposażenie pracowni geologicznej

Poz. 4. Aparat do badań trójosiowych

1. Czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowania rejestratora 8-kanalowego , gdyż wg Państwa specyfikacji wymagane jest tylko 8 kanałów (wg liczby przetworników). W przyszłości istnieje możliwość rozbudowy do 16 lub więcej kanałów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rejestratora z mniejszą liczbą kanałów niż 16.

2. Czy zgadzają się Państwo na zaoferowanie liniowego przetwornika potencjometrycznego wyposażonego w 5-pinową wtyczkę do połączenia z rejestratorem. Ograniczenie się do wtyczki Lumberg ogranicza znacznie konkurencję a tak naprawdę nie ma to znaczenia jaki typ łącznika jest zastosowany do podłączenia rejestratora.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wtyczek 5-cio pinowych.

3. Proszę czy zgadzają się Państwo na zaoferowania jednego przetwornika ciśnienia do pomiaru ciśnienia porowego, gdyż automatyczne kontrolery ciśnienia, które posiadamy w ofercie posiadają wbudowane przetworniki do kontroli ciśnienia komorowego i wstecznego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie. Wymagany jest bezpośredni pomiar ciśnienia w komorze i ciśnienia wstecznego przy pomocy dedykowanych czujników podłączanych bezpośrednio na wejściach odpowiednich ciśnień do komory trójosiowej z próbką.

4. Czy zgadzają się Państwo na zaoferowania komory bez obręczy wzmocniających lecz o takich samych parametrach?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

5. Czy zgadzają się Państwo na zbiornik odpowietrzający wodę o poj. 19l.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

