

Odpowiedzi na pytania z dn. 13-16.12.2011

Pytania do

PRZETARGU

**W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO
NA DOSTAWĘ „WYPOSAŻENIA PRACOWNI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH –
SPRZĘT POMOCNICZY”
W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA ZESPOŁU LABORATORIÓW DLA KIERUNKU
BUDOWNICTWO W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W
ZAMOŚCIU ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA”**

Z dnia 2011-12-13

1. Czy dopuszczą Państwo zaoferowanie mieszarki do betonu o pojemności 100l lub o pojemności 150l?

Odp.: Dopuszcza się

2. Czy dopuszczą Państwo zaoferowanie elektrycznej płyty grzejnej o wymiarach 250x500mm, temperaturze do 400°C i mocy 3000W?

Odp.: Dopuszcza się

3. Czy ze względu na okres Świąteczny i złożoność urządzeń , które produkowane są specjalnie na Zamówienie Klienta, zgodzą się Państwo na przedłużenie terminu realizacji Zamówienia do 15 marca 2012 roku to jest wydłużenie czasu realizacji o 4 tygodnie?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji

4. W związku z pojawieniem się dodatkowych pytań i czasem uzyskania związanych z nim wyjaśnień niezbędnych do przygotowania oferty, zwracamy się do Państwa z prośbą o wydłużenie czasu składania ofert do 22.12.2011r.?

Odp.: Czas złożenia ofert został wydłużony

Pytania z dnia 2011-12-16

1. Czy dopuszczą Państwo zaoferowanie stołów warsztatowych o następujących parametrach:

Stoły o wymiarach: (szer x gł x wys) 1200 x 750 x 900mm, blat wykonany jest z laminatu z podniesionym obrzeżem; cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach typu C, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości; przestrzeń pod blatem stanowi wolna przestrzeń?

Odp.: Dopuszcza się